

SPZZOZ Zwoleń
ul. Aleja Pokoju 5
26-700 Zwoleń

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatów wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM.-2/16

Dotyczy: Zapisów SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji dostaw na 72 godziny?

Odp.: NIE.

Dotyczy: Pakiet nr 2: Dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych z możliwością oznaczenia troponiny wraz z dostawą odczynników immunochemicznych

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, dla których czas uzyskania pierwszego wyniku wynosi odpowiednio:

Witamina D – 39 minut

Troponina – 13 minut

Odp.: TAK.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator immunochemiczny niewymagający dozujących końcówek jednorazowych? Analizator posiada sprawny system mycia umożliwiający wykonywanie rutynowych testów immunochemicznych w tym także bardzo wrażliwych na ewentualne kontaminacje testów wirusologicznych, analizator posiada znak CE dopuszczenie IVD i FDA.

Odp.: NIE.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim?

Odp.: TAK.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez możliwości automatycznego rozcieńczania próbek?

Odp.: NIE.

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu przetargowym odczynnika do oznaczania troponiny I spełniającego wymagania Polskiego Towarzystwa kardiologicznego, który na poziomie 99 percentyla ma nieprecyzyjność na poziomie 10% CV?

Odp.: NIE.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleńcu
lek. *Krzysztof Jarosz*