

Zwoleń, 11.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleń”

Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-7/19

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na dostawę aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleń Zamawiający odpowiada:

1. Dotyczy punktu II 1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją głębokości aparatu w zakresie 1 – 30 cm?

Odp. NIE

2. Dotyczy punktu II 8. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją bramki dopplerowskiej w zakresie 0.5 – 20 mm?

Odp. NIE

3. Dotyczy punktu III 1 i 2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością powiększania obrazu X10 na obrazie rzeczywistym i zamrożonym?

Odp. NIE

4. Dotyczy punktu IV 2.2 . Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową z 192 elementami akustycznymi?

Odp. NIE

KIEROWNIK
Zakładu Rentgenopłagustyki
lek. Zofia Markowska
Specjalista radiolog

Technik koordynujący
Teresa Węglińska
st. tech. elektroradiologii

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleń
mgr inż. Zbigniew MEYNEK