

Zwolenie, 13.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-6/19

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Zamawiający odpowiada:

1. Czy w związku z publiczną deklaracją wiceministra zdrowia p. Janusza Cieszyńskiego o możliwości aneksowania umowy na dotację z Ministerstwem Zdrowia do końca marca przyszłego roku Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia do końca pierwszego kwartału 2020 r.?

Od. NIE. Z uwagi na otrzymaną korespondencję podtrzymującą utrzymanie terminów w mocy Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu.

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie - czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia do 90 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy pod warunkiem iż dokumenty do rejestracji ambulansu (ambulansów) tj. faktura, świadectwo homologacji, karta pojazdu itd. zostaną dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiającego nie później niż do 09 grudnia 2019 przy założeniu iż nie dostarczenie ww. dokumentów w określonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odp. TAK

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianę oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. „Czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianę oleju,

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta?” Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SIWZ względem przeglądów. Wykonawca w cenę oferty powinien wliczać koszty przeglądów okresowych samochodu bazowego.

4. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. NIE. Wykonawca ma nie wliczać przeglądów okresowych zabudowy medycznej w cenę oferty.

5. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. NIE. Wykonawca ma nie wliczać przeglądów okresowych sprzętu medycznego w cenę oferty.

6. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu na kołach.

7. Dotyczy załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –Wyposażenie pojazdu – czy Zamawiający w celu ograniczenia kosztów i wagi zrezygnuje z niezależnego ogrzewania wodnego. Na postoju bez podłączenia ambulansu do 230 V Zamawiający będzie dysponował niezależnym ogrzewaniem powietrznym ale tylko przedziału medycznego – bez kabiny kierowcy.

Odp. TAK. Zamawiający rezygnuje z ogrzewania wodnego.

8. Dotyczy załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w zestaw naprawczy oraz z dodatkowym zapasowym kołem pełnowymiarowym dostarczonym wraz z pojazdem?

Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w zestaw naprawczy wraz z dodatkowym zapasowym kołem pełnowymiarowym.

9. Prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Zamawiającego jest drukarka oraz tablet.

Odp. TAK.

10. Dotyczy noszy głównych: W związku z tym, że Zamawiający wymaga, aby nosze główne posiadały dodatkowy zestaw rączek bocznych umożliwiający transport pacjentów o znacznej wadze min. 200 kg będzie wymagał, aby nosze dodatkowo posiadały poręcze boczne rozkładane na bok, co daje nam poszerzenie leża (miejsce dla pacjenta) o rozłożone poręcze boczne opierające się na bocznych rączkach noszy.

Odp. Dopuszcza się nosze główne z poręczami bocznymi rozkładanymi na bok.

~~DIREKTOR~~
~~Samodzielnego Publicznego Zespołu~~
~~Zakładów Opieki Zdrowotnej~~
~~w Zwoleńniu~~
~~mgr inż. Zbigniew MAJNIEK~~

KIEROWNIK
Pogotowia Ratunkowego
w Zwoleńniu
mgr Agnieszka Dobrowolska

JHM