

Zwolenie, 16.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-6/19

## ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Zamawiający odpowiada:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu w kolorze nadwozia białym?

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez reflektorów przednich w technologii LED, ale wyposażony automatyczny układ oświetlenia do jazdy, który automatycznie włącza i wyłącza światła mijania w zależności od aktualnych warunków świetlnych, co zwiększa komfort jazdy kierowcy i bezpieczeństwo ruchu?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ambulans bez reflektorów przednich w technologii LED, ale wyposażony automatyczny układ oświetlenia do jazdy.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Zwoleniu  
*mgr inż. Zbigniew MEYNEK*

*[Handwritten signature]*