

Zwolenie, 16.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”

Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-7/19

## ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na dostawę aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Zamawiający odpowiada:

Pyt.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada ponad 220 000 procesowych kanałów odbiorczych?

**Odp: NIE**

Pyt.6 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada możliwości wpisywania danych pacjentów na panelu dotykowym? Odstępstwo od tego kryterium pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości oferentów. Zwracamy również uwagę na fakt, że powyższy parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej dla badającego.

**Odp: NIE**

Pyt.7 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada podgrzewacz żelu umieszczony z prawej strony aparatu, posiadający możliwość podgrzewania żelu w dwóch poziomach ogrzewania zależnych od środowiska w którym wykonywane jest badanie USG. Zwracamy również uwagę na fakt, że powyższy parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej dla badającego.

**Odp: TAK**

Pyt.8 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada panel dotykowy z regulacją jasności, o przekątnej 9,9"? Zamawiający wymaga min. 10". Zwracamy uwagę, że różnica ta wynosi zaledwie 1/10 cala i fakt, że powyższy parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej dla badającego.

**Odp: TAK**

Pyt. 10 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada ponad 224 dB? Odstępstwo od tego kryterium pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości oferentów.

**Odp: NIE**

*EMM*

Pyt.11 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności 500GB? Zwracamy uwagę na fakt, że powyższy parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej dla badającego.

**Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pyt.13 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada zakres częstotliwości aparatu w przedziale od 1,7 MHz do 18 MHz?

**Odp: Zamawiający dopuszcza aparat, który posiada zakres częstotliwości głowic w przedziale od 1,7 MHz do 18 MHz**

## II. Obrazowanie i prezentacja obrazu

Pyt.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada regulację głębokości w zakresie od 1cm do 33 cm? Pytanie uzasadniamy faktem, że w standardowych badaniach jamy brzusznej lub badaniach położniczo- ginekologicznych, narządy wewnętrzne lub płody położone są na znacznie płytszych głębokościach.

**Odp: NIE**

Pyt.2 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada regulację wzmocnienia głębokościowego TGC w ilości 10 suwaków na konsoli aparatu? Pragniemy podkreślić, iż nasz system posiada 2 suwaki więcej TGC, niż wymaga tego Zamawiający.

**Odp: TAK**

Pyt.5 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania obrazu 2D, 1447 obrazów na sekundę?

**Odp: NIE**

Pyt.7 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada funkcję Power Doppler, bez oznaczania kierunku przepływu?

**Odp: NIE**

Pyt.8 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada regulację bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie od 1mm do 16mm? Podkreślamy, że podany przez nas parametr jest wystarczający i dostępny u większości producentów systemów ultrasonograficznych.

**Odp: NIE**

## III. Funkcje użytkowe

Pyt.4 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada funkcji automatycznego ustawienia bramki Dopplera w naczyniu z uwzględnieniem kąta korekcji? Parametr Zamawiającego nie gwarantuje precyzyjnej diagnostyki badanego naczynia, którego pomiar opiera się na automatyce.

**Odp: NIE**

## IV. Głowice ultradźwiękowe

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada głowicę convex 2D, o zakresie częstotliwości od 2.MHZ do 5 MHz, liczbie elementów akustycznych 128 i kącie pola widzenia 58°?

*Handwritten signature*



**Odp: NIE**

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada głowicę liniową 2D, o zakresie częstotliwości od 4,2MHz do 13 MHz, liczbie elementów akustycznych 192?

**Odp: NIE**

Pyt.3 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada głowicę sektorową 2D, o zakresie częstotliwości od 2 MHz do 4 MHz, liczbie elementów akustycznych 64 i kącie obrazowania 120°, który znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego?

**Odp: NIE**

V. Inne

Pyt.1 Czy zamawiający wymaga posiadania protokołu komunikacji DICOM na wyposażeniu standardowym aparatu USG?

**Odp: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.**

Pyt.4 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę liniową 2D pracującą w zakresie częstotliwości od 6,7 MHz do 18 MHz i liczbie elementów akustycznych 168?

**Odp: NIE**

Pyt.5 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczny 3/4D do badań położniczych pracującą w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 6 MHz i liczbie elementów akustycznych 128?

**Odp: NIE**

*mgr Irmina Skorupska*  
*Irmina Skorupska*  
INSPEKTOR  
ds. analiz, statystyki medycznej  
i zamówień publicznych

*Irmina*