

Nr rejestr. 00000007188
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-700 Zwolenie ul. Aleja Pokoju 5
tel. 48 676 20 37; fax 48 676 27 27
REGON 670204896 NIP 811-15-22-059

Zwolenie, 24.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”

Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-9/19

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na dostawę aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Zamawiający odpowiada:

I. Konstrukcja i konfiguracja

Pyt.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada ponad 220 000 procesowych kanałów odbiorczych?

Odp: NIE

Pyt.6 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada możliwości wpisywania danych pacjentów na panelu dotykowym?

Odp: NIE

Pyt.7 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada podgrzewacz żelu umieszczony z prawej strony aparatu, posiadający możliwość podgrzewania żelu w dwóch poziomach ogrzewania zależnych od środowiska w którym wykonywane jest badanie USG?

Odp: TAK

Pyt.8 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada panel dotykowy z regulacją jasności, o przekątnej 9,9"? Zamawiający wymaga min. 10". Zwracamy uwagę, że różnica ta wynosi zaledwie 1/10 cala i fakt, że powyższy parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej dla badającego.

Odp: TAK

Pyt. 10 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada ponad 224 dB?

Odp: NIE

Pyt.11 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności 500GB?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

JHM

MM

Pyt.13 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada zakres częstotliwości aparatu w przedziale od 1,7 MHz do 18 MHz?

Odp: Zamawiający dopuszcza aparat, który posiada zakres częstotliwości głowic w przedziale od 1,7 MHz do 18 MHz

II. Obrazowanie i prezentacja obrazu

Pyt.1 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada regulację głębokości w zakresie od 1cm do 33 cm?

Odp: NIE

Pyt.2 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada regulację wzmocnienia głębokościowego TGC w ilości 10 suwaków na konsoli aparatu?

Odp: TAK

Pyt.5 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania obrazu 2D, 1447 obrazów na sekundę?

Odp: NIE

Pyt.7 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada funkcję Power Doppler, bez oznaczania kierunku przepływu?

Odp: NIE

Pyt.8 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada regulację bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie od 1mm do 16mm?

Odp: NIE

III. Funkcje użytkowe

Pyt.4 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który nie posiada funkcji automatycznego ustawienia bramki Dopplera w naczyniu z uwzględnieniem kąta korekcji?

Odp: NIE

IV. Głowice ultradźwiękowe

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada głowicę convex 2D, o zakresie częstotliwości od 2 MHz do 5 MHz, liczbie elementów akustycznych 128 i kącie pola widzenia 58°?

Odp: NIE

Mmf

Mmf

Pyt. 2 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada głowicę liniową 2D, o zakresie częstotliwości od 4,2MHz do 13 MHz, liczbie elementów akustycznych 192?

Odp: NIE

Pyt.3 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada głowicę sektorową 2D, o zakresie częstotliwości od 2 MHz do 4 MHz, liczbie elementów akustycznych 64 i kącie obrazowania 120°, który znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego?

Odp: NIE

V. Inne

Pyt.1 Czy zamawiający wymaga posiadania protokołu komunikacji DICOM na wyposażeniu standardowym aparatu USG?

Odp: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pyt.4 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę liniową 2D pracującą w zakresie częstotliwości od 6,7 MHz do 18 MHz i liczbie elementów akustycznych 168?

Odp: NIE

Pyt.5 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczny 3/4D do badań położniczych pracującą w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 6 MHz i liczbie elementów akustycznych 128?

Odp: NIE

Pyt. Czy zamawiający będzie wymagał w aparacie USG wyposażenia standardowego jakim jest głowica endokawitarna do badań ginekologicznych oraz urologicznych?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. Czy zamawiający będzie wymagał w aparacie USG wyposażenia standardowego jakim jest automatyczny pomiar Intima Media IMT? Funkcja ta umożliwi dokładniejszą analizę diagnostyczną wykonywanych pomiarów przez badającego oraz wyraźnie skraca czas i obniża w znaczący sposób margines błędnego odczytu wykonywanego badania?

Odp: NIE

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu

mgr inż. Zbigniew MŁYNEK

JWMS