

Zwolenie, 26.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-10/19

## ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczącego postępowania na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Zamawiający odpowiada:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze główne nie wyposażone w dodatkowe rączki boczne ale umożliwiające przenoszenie pacjenta nawet przez cztery osoby zgodnie z PN EN 1865, dodatkowo konstrukcja ramy noszy umożliwia przenoszenie przez większą liczbę osób niż cztery?

**Odp. NIE**

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze główne, w których system zabezpieczający transporter przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie realizowany jest za pomocą zamkniętego panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, oraz podwójnego skoku blokady składania goleni, co w praktyce uniemożliwia niekontrolowane zwolnienie mechanizmu składającego podwozie?

**Odp. TAK**

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy oczekuje, aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?

**Odp. TAK, Zamawiający oczekuje takich noszy.**

*mgr Irmina Skorupska*  
*Irmina Skorupska*  
INSPEKTOR  
ds. analiz, statystyki medycznej  
i zamówień publicznych