

Zwolenie, 27.09.2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-10/19

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczącego postępowania na „Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” Zamawiający odpowiada:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu w kolorze nadwozia białym?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza nadwozie w kolorze białym.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu sanitarnego zabudowanego (tj, wykonana adaptacja przedziału medycznego) w 2019 r. na pojeździe bazowym z 2018 r. Pojazd zarejestrowany, demonstracyjny.

Odp. TAK

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego, czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił.

Odp. „Czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta?” Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SIWZ względem przeglądów. Wykonawca w cenę oferty powinien wliczać koszty przeglądów okresowych samochodu bazowego.

4. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. NIE. Wykonawca ma nie wliczać przeglądów okresowych zabudowy medycznej w cenę oferty.

5. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. NIE. Wykonawca ma nie wliczać przeglądów okresowych sprzętu medycznego w cenę oferty.

6. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu na kołach.

7. Dotyczy załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –Wyposażenie pojazdu – czy Zamawiający w celu ograniczenia kosztów i wagi zrezygnuje z niezależnego ogrzewania wodnego. Na postoju bez podłączenia ambulansu do 230 V Zamawiający będzie dysponował niezależnym ogrzewaniem powietrznym ale tylko przedziału medycznego – bez kabiny kierowcy.

Odp. TAK. Zamawiający rezygnuje z ogrzewania wodnego.

8. Dotyczy załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w zestaw naprawczy oraz z dodatkowym zapasowym kołem pełnowymiarowym dostarczonym wraz z pojazdem?

Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności ambulans wyposażony w zestaw naprawczy wraz z dodatkowym zapasowym kołem pełnowymiarowym.

9. Prosimy o potwierdzenie iż po stronie Zamawiającego jest drukarka oraz tablet.

Odp. TAK, Zamawiający potwierdza.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z sygnałem dźwiękowym modulowanym o mocy 100W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza ambulans z sygnałem dźwiękowym modulowanym o mocy 100W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez czujników parkowania przód i tył?

Odp. Tak, jeżeli późniejsze zamontowanie czujników będzie możliwe bez utraty gwarancji.