

Nr rejestr. 00000007188
Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-700 Zwoleń ul. Aleja Pokoju 5
tel. 48 676 20 37; fax 48 676 27 27
REGON 678204896 NIP 811-15-22-059

Zwoleń, 14 listopada 2019 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Dzierżawę analizatorów wraz z dostawą odczynników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPZZOZ”
Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-5/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne SPZZOZ.NE.III.ZM-5/19 pn. „Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPZZOZ”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania do SIWZ – dot. pakiet 5:

1. Dot. pakiet 5, „warunki dodatkowe”, pkt.23 oraz wzór umowy załącznik 6b, §5 ust. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Karty do identyfikacji i lekowrażliwości –min. 4-7 miesięcy,

Podłoża na płytkach bez krwi – min. 9 tygodni

Podłoża na płytkach z krwią – min. 5 tygodni

Paski E-test – min. 12 miesięcy od daty dostawy

Odp. TAK

2. Dot. formularz asortymentowo – cenowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości „do góry” i na zaoferowanie w poz. 2 - 460 płytek, w poz. 4 - 160 płytek, w poz. 7 - 160 szt, w poz. 9 - 160 płytek z uwagi na konfekcjonowanie podłoży po 20 szt.?

Odp. TAK

3. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 7 - Podłoże do wybiórczej izolacji Trichomonas Vaginalis (2,5 ml) z uwagi na brak produktu w ofercie firmy?

Odp. NIE

4. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści bulion Todd Hewitt z kwasem naldyskowym oraz kolistyną o objętości 9 ml / szt. - konfekcjonowanych po 20 próbek?

Odp. TAK

5. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 42 opakowań bulionu z uwagi na konfekcjonowanie po 12 szt / op?

Odp. TAK

6. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 20 – Czy Zamawiający wyłączy i utworzy osobny pakiet dla produktu Cefinaza z uwagi na brak produktu w ofercie firmy?

Odp. NIE

7. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 42,43,44,45,46 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w wyspecyfikowaniu Cefotaxim w poz. 42 i 43 gdyż pasek gradientowy został już uwzględniony w pozycji 25 oraz Ceftazidim z poz. 44 i 45 - pasek gradientowy został już uwzględniony w pozycji 41 oraz poz. 46 Amoxicillin/Clavulanic acid 20/10, który jest w pozycji 24?

Odp. Zamawiający nie popełnił omyłki.

8. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 42,43,44,45 - Jeżeli nie, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zsumowanie pozycji 42 z 43 (Cefotaxim 30 i 5) oraz pozycje 44 z 45 (Ceftazidim 30 i 10) z uwagi, że są to te same antybiotyki na pasku gradientowym, które są konfekcjonowany tylko po 30 szt. w op.?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zsumowanie wyszczególnionych pozycji (w pozycjach: 42, 43, 44, 45, 46 nie ma zapisu dotyczącego pasku gradientowego – pozycje dotyczą krążków antybiotykowych).

9. Dot. formularz asortymentowo – cenowy, pozycja 46 - Jeżeli nie, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Amoxicillin/Clavulanic acid 2/1 ?

Odp. NIE

10. Dot. pozycja 1, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z 2012 roku produkcji, w pełni sprawny po przeglądzie technicznym?

Odp. TAK

11. Dot. pozycja 28, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby reakcja serwisu wynosiła max. 24 godzin od zgłoszenia?

Odp. TAK

12. Dot. pozycja 31, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprogramowanie aparatu w języku angielskim ? *Wprowadzenie oprogramowania w języku polskim planowane jest w jego późniejszych wersjach i będzie bezpłatnie zaktualizowane / wprowadzone do systemu.*

Odp. TAK

13. Dot. pozycja 32, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostęp

na bezpłatny, całodobowy dostęp do strony www oferenta, z której można pobrać aktualne dokumenty: certyfikaty kontroli jakości, metodyki wykonania w języku polskim, karty charakterystyk, deklaracje CE?

Odp. TAK

14. Dot. pozycja 49, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby możliwość zgłaszania awarii była w dni robocze w godzinach 8-18?

Odp. TAK

15. Dot. pozycja 53, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający odstąpi od wersji papierowej metodyk badań i kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji papierowej?

Odp. NIE

16. Dot. pozycja 55, wymagania dodatkowe - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 1 przegląd w ciągu roku zgodnie z zaleceniami producenta?

Odp. TAK

17. Dot. pozycja 60, wymagania dodatkowe oraz umowa dzierżawy par. 1, pkt 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oraz instalację analizatora w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy z uwagi na harmonogram prac Specjalistów aplikacyjnych oraz firmy zapewniającej LIS, do której będzie podłączany aparat ?

Odp. TAK

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy był realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Odp. TAK

19. Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe były wykonane z plastiku?

Odp. NIE

20. Czy Zamawiający wymaga aby paski gradientowe pochodziły od jednego producenta?

Odp. NIE

21. Czy Zamawiający wymaga aby test do wykrywania karbapenemaz z pozycji 57 wykrywał typy AB i D w Pseudomonas, Enterobacteriaceae oraz Acinetobacter z potwierdzeniem w instrukcji użycia produktu?

Odp. TAK

Pytania do Umowy (zał. nr 6b):

22. §2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym, będą cenami stałymi przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 10”?

Odp. TAK

23. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie pustego miejsca w miejscu terminu dostawy?

Odp. TAK

24. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamówienia będą składane e-mailem na adres:”?

Odp. TAK

25. §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Przesłanie zamówienia na ww. adres e-mail będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego”?

Odp. TAK

26. §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu lub e-maila. Jeżeli Wykonawca zmieni e-maila lub adres i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zamówienie jest skutecznie złożone pod ostatnio znanym Zamawiającemu e-mailem”?

Odp. TAK

27. §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce sformułowania w brzmieniu:

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia kart charakterystyk wraz z pierwszą dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem:”?

Odp. NIE

28. §5 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Reklamacja towaru wadliwego będzie składana e-mailem na adres:”?

Odp. TAK

29. §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części umowy i w tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji?

Odp. TAK

30. §6 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była obliczana od wartości wadliwego towaru, a nie jak dotychczas od wartości maksymalnej kwoty brutto umowy?

Odp. Zamawiający wprowadza zapis:

„za przekroczenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, ustalonego w § 4 ust. 14, w wysokości 0,2% niezrealizowanej części umowy”.

31. §6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była obliczana od wartości brakującego towaru, a nie jak dotychczas od wartości maksymalnej kwoty brutto umowy?

Odp. Zamawiający wprowadza zapis:

"za przekroczenie terminu uzupełnienia braków ilościowych towaru, ustalonego w § 4 ust. 15, w wysokości 0,2% niezrealizowanej części umowy”.

32. §6 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części umowy, a nie jak dotychczas od wartości maksymalnej kwoty brutto umowy?

Odp. TAK

33. §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie daty SIWZ?

Odp. TAK

Pytania do Umowy (zał. nr 6a):

34. §1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 3 tygodni ?

Odp. TAK

35. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania

umowy”?

Odp. NIE, Zamawiający posiada niezbędne zabezpieczenia przed kradzieżą.

36. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp. NIE

37. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp. NIE

38. §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie faksu formą e-mail?

Odp. TAK

39. §5 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 15 dni?

Odp. NIE

40. §5 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych?

Odp. NIE

41. §7 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części umowy i w tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji?

Odp. TAK

42. §7 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odp. NIE

43. §7 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10 % wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. TAK

44. §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie daty SIWZ?

Odp. TAK

45. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 5 krążków antybiotykowych tj. pozycja 20 formularza cenowego?

Odp. NIE

Pakiet 1: Dzierżawa aparatu do badań biochemicznych z możliwością oznaczania D-dimerów wraz z dostawą odczynników biochemicznych
Parametry graniczne analizatora:

46. Poz. 4- Czy Zamawiający dopuści analizator z systemem odczynnikowym otwartym?
Odp. NIE

47. Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści analizator z czytnikiem kodów kreskowych identyfikującym odczynniki oraz próbki? Kalibratory i kontrole posiadają przypisane dowolne pozycje w rotorze aparatu?
Odp. TAK

48. Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści analizator z miejscami chłodzonymi dla odczynników?
Odp. TAK

49. Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści analizator z rotorem reakcyjnym (kuwety kwarcowe)? Czystość i dekontaminacja zapewniona poprzez automatyczne mycie ciepłą wodą i płynem myjącym (wbudowana stacja mycia), co obniża koszty eksploatacji i tym samym koszt oznaczeń?
Odp. NIE

50. Poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu i PMR?
Odp. NIE

51. Poz. 25 -Czy Zamawiający dopuści analizator, który zużywa >3 l na godzinę? Oferent dostarczy stację w pełni kompatybilną z aparatem?
Odp. NIE

52. Poz. 30 - Prosimy o doprecyzowanie jakie dane Zamawiający wymaga w dziennym raporcie wyników. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydruku raportu dziennego wyników z LSI?
Odp. Wyniki kontroli jakości, jak również raporty dotyczące badań wykonanych u pacjentów (może być wykorzystany LSI).

53. Poz. 38 - Czy Zamawiający dopuści zdalne połączenie serwisu z komputerem sterującym analizatorem w celu dostępu serwisu w przypadku awarii?
Odp. TAK

Pytanie 54 - dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 1 ust. 1 poprzez jego zmianę i dodanie poniższego:

„Kupujący ma prawo do zrealizowania mniejszej ilości wyrobów z tym, że nie mniej niż 80% wartości zadania”.

Odp. NIE

Pytanie 55 - dotyczy projektu umowy w § 6 ust. 1.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % NIEZREALIZOWANEJ wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie tego Zadania z przyczyn przez Dostawcę zawinionych ?

Odp. NIE

Pytanie 56 - dotyczy projektu umowy w § 6 ust. 1.2 i 1.3 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust. 1.2 i 1.3 odstępując od zapisów:

§ 6 ust. 1.2

za przekroczenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, ustalonego § 4 ust. 14, w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2

§ 6 ust. 1.3

za przekroczenie terminu uzupełnienia braków ilościowych towaru, ustalonego w § 4 ust. 15, w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2

poprzez zmianę powyższego zapisu na :

§ 6 ust. 1.2

za przekroczenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, ustalonego § 4 ust. 14, w wysokości 0,2 % kwoty wadliwych produktów

Odp. Zamawiający wprowadza zapis:

„za przekroczenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, ustalonego w § 4 ust. 14, w wysokości 0,2% niezrealizowanej części umowy”.

§ 6 ust. 1.3

za przekroczenie terminu uzupełnienia braków ilościowych towaru, ustalonego w § 4 ust. 15, w wysokości 0,2 % kwoty braków ilościowych

Odp. Zamawiający wprowadza zapis:

"za przekroczenie terminu uzupełnienia braków ilościowych towaru, ustalonego w § 4 ust. 15, w wysokości 0,2% niezrealizowanej części umowy”.

57. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia – wykaz asortymentowo – cenowy – pozycja nr 56

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania barwników konfekcjonowanych w butelkach zawierających 250 ml.

Odp. TAK

58. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia – wykaz asortymentowo – cenowy – pozycja nr 57

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu konfekcjonowanego po 5 sztuk w opakowaniu z opcją przeliczenia na wymaganą ilość.

Odp. TAK

59. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia – wykaz asortymentowo – cenowy – pozycja nr 58

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania odczynnika katalaza konfekcjonowanego po 50 ampulek zawierających 0,5 ml z opcją przeliczenia na wymaganą ilość mililitrów przez Zamawiającego.

Odp. TAK

60. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia – wykaz asortymentowo – cenowy – pozycja nr 15 i 18 oraz 16 i 19. Warunki dodatkowe, pozycja 16 i 21

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów łączonych do jednoczesnej identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych i analogicznie drobnoustrojów Gram dodatnich, w następujących proporcjach:

*w pozycji 15 - Automatyczny test do identyfikacji bakterii Gram ujemnych – 400 testów do identyfikacji,

*w pozycji 18 - Automatyczny antybiogram dla bakterii Gram ujemnych – 200 testów do antybiogramu,

*w pozycji 18 A (nowo powstałej) - automatyczny test do identyfikacji i antybiogramu dla bakterii Gram ujemnych w liczbie 600 testów.

*w pozycji 16 - Automatyczny test do identyfikacji bakterii Gram dodatnich – 300 testów do identyfikacji,

*w pozycji 19 - Automatyczny antybiogram dla bakterii Gram dodatnich – 100 testów do antybiogramu,

*w pozycji 19 A (nowo powstałej) - automatyczny test do identyfikacji i antybiogramu dla bakterii Gram dodatnich w liczbie 500 testów.

Odp. TAK

61. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który posiada UPS gwarantujący stabilizację napięcia i bezpieczne zamknięcie systemu podczas przeprowadzania badania z zapamiętaniem wykonanych oznaczeń?

Odp. TAK, pod warunkiem przestrzegania czasu pracy podanego w warunkach dodatkowych

62. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 3, 13, 40, 41, 44.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu półautomatycznego, w procedurze którego napełnianie testów odbywa się jednoetapowo przy użyciu specjalnego urządzenia podciśnieniowego poza aparatem, testy są inkubowane w cieplarni, odczytywane w analizatorze, po dodaniu przez operatora odczynników



wywołujących reakcje biochemiczne przy identyfikacji drobnoustrojów?

Otwarty protokół odczytu stanowi unikatową funkcjonalność systemu, dzięki której ma on możliwość wydłużenia czasu inkubacji, co pozwala na wiarygodną identyfikację drobnoustrojów nawet w przypadku drobnoustrojów wolnorosnących oraz wiarygodną ocenę lekowrażliwości nawet w przypadku antybiotyków wielkocząsteczkowych, trudno dyfundujących do wnętrza komórek drobnoustrojów.

Odp. TAK

63. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 43, 45

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym panele - moduły testowe są w odpowiedni sposób zabezpieczone podczas inkubacji w cieplarni nakrywkami, które zabezpieczają przed wydostaniem się zawiesiny bakteryjnej.

Wspomniana konstrukcja testów oraz zastosowanie odpowiednich nakrywek jest konsekwencją możliwości zastosowania w systemie metody złotego standardu w identyfikacji drobnoustrojów poprzez zastosowanie „świeżych odczynników” do wywołania reakcji biochemicznych, co zapewnia uzyskanie najwyższej jakości jak i powtarzalności uzyskiwanych wyników badań identyfikacji drobnoustrojów.

Dodatkowo oferowany przez naszą firmę system jest również rozwiązaniem unikatowym na rynku, dzięki odpowiedniej konstrukcji testów, dzięki czemu możliwy jest automatyczny odczyt bezpośredniego wzrostu drobnoustrojów w panelach testowych przeznaczonych do badania lekowrażliwości. Zasada testu oparta jest o referencyjną metodę mikrorozcieńczeń w bulionie zgodną z normą ISO 20776, co jest zgodne z najnowszymi rekomendacjami EUCAST.

Odp. TAK

64. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym wszystkie dane demograficzne i dane dotyczące badania wprowadza się w języku polskim, natomiast komunikaty są w języku angielskim oraz w formie graficznej.

Odp. TAK

65. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość archiwizacji danych z systemu na innym nośniku pamięci niż CD (Pendrive)?

Odp. TAK

66. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 33 i 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym panele - moduły testowe są odczytywane po około 16 – 20 godzinach, co jest zgodne z procesem identyfikacji drobnoustrojów na danym szeregu biochemicznym oraz z uzyskaniem pełnego, kompletnego, wiarygodnego wyniku lekowrażliwości i interpretacji

zgodnych z EUCAST.

Odp. TAK

67. Dotyczy: Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia. Warunki dodatkowe, pozycja nr 42

Czy Zamawiający pod zapisem „Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe” ma na myśli oznaczenie testów na zewnętrznym indywidualnym opakowaniu?

Odp. TAK

Dotyczy SIWZ:

68. Dotyczy formularza cenowego (pakiet 1 i 2)

Prosimy o potwierdzenie czy wskazane w tabeli ilości badań na 3 lata zawierają już doliczenia na kontrolę i kalibrację? Jeśli nie, czy oznaczenia te należy doliczyć?

Jednocześnie prosimy o podanie harmonogramu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla podanych badań.

Odp. TAK, wskazane w tabeli ilości badań na 3 lata zawierają doliczenia na kontrolę i kalibrację, nie należy ich doliczać.

Pakiet 1 – codziennie / zamiennie na 2 poziomach.

Pakiet 2 – witamina D₃ 2 razy w tygodniu, pozostałe parametry – codziennie.

69. Dotyczy formularza cenowego (pakiet 4) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do formularza cenowego dodać dodatkowe materiały eksploatacyjne służące do wykonywania badań?

Odp. TAK

Dotyczy wzoru umowy

70. Par. 4 ust. 2.3.4.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. NIE

71. Par. 5 ust. 6.

Czy Zamawiający dopuści, aby zgłoszenia były składane telefonicznie?

Odp. NIE, Zamawiający dopuszcza tylko formę pisemną (faks, e-mail)

72. Par. 5 ust. 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odp. TAK

73. Par. 7 ust. 1 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Odp. TAK

74. Par. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. TAK

75. Par. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp. TAK

76. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp. TAK

Umowa dostawy

77. Par. 4 ust. 5 i 6 fax. Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. TAK

78. Par. 4 ust. 10 VAT. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

Odp. TAK

79. Par. 5 ust. 12. Czy Zamawiający dopuści, aby reklamacje były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko formę pisemną (faks, e-mail)

80. Par. 6 ust. 1 pkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Odp. TAK

81. Par. 6 ust. 1 pkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Odp. TAK

82. Par. 6 ust. 1 pkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5 %

Odp. NIE

83. Par. 6 ust. 1 pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Odp. Zamawiający wprowadza zapis:

„za przekroczenie terminu wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, ustalonego w § 4 ust. 14, w wysokości 0,2% niezrealizowanej części umowy”.

84. Par. 6 ust. 1 pkt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w pełni dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Odp. Zamawiający wprowadza zapis:

"za przekroczenie terminu uzupełnienia braków ilościowych towaru, ustalonego w § 4 ust. 15, w wysokości 0,2% niezrealizowanej części umowy”.

85. Par. 6 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Odp. TAK

86. Par. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odp. NIE

87. Par. 7 ust. 1 wezwanie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. TAK

88. Par. 7 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie postanowienia

Odp. NIE

89. Załącznik nr 1 p.23 w pakiecie 2 (Immuno):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawianie i wymiana odczynników odbywała się w trybie pracy analizatora określonym jako stand-by, z szybkim czasem przejścia do pracy rutynowej poniżej 5 minut?

Odp. TAK

05051
KIEROWNIK
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
mgr inż. med. Anna Pluta
Diagnosta Laboratoryjny
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zawoleniu
mgr inż. Zbigniew MLXNEK