

## ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetargu : zakup jednorazowego sprzętu medycznego, znak sprawy:  
SPZZOZ.NE.III.ZM-6/21

### **Pakiet 5 poz. 12,18,19**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. - **NIE**

### **Pakiet 5 poz.13-15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym pełniącym zastawki antyzwrotnej. - **TAK**

### **Pakiet 6 poz.1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml. - **TAK**

### **Pakiet 6 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. - **TAK**

### **Pakiet 11 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 98mm ( 90mm w części przezroczystej). - **TAK**

### **Pakiet 11 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32ml. - **TAK**

### **Pakiet 11 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm ( 55mm w części przezroczystej). - **TAK**

### **Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o średnicy zewnętrznej 6,5 mm i wewnętrznej 3,9 mm? - **TAK**

### **Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o średnicy wewnętrznej drenu 3,0 mm i średnicy zewnętrznej 5,0 mm? - **TAK**

### **Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów jednorazowych za opakowanie a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? - **TAK**

### **Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? - **TAK**

### **Pakiet 5, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek z drenem o zakończeniu luer-lock zabezpieczone koreczkiem, kompatybilne ze stożkiem strzykawki typu luer oraz luer-lock? - **TAK**

**Pakiet 5, pozycja 13-15**

Czy Zamawiający dopuści filtr zapobiegający cofaniu się podawanych płynów? - **TAK**

**Pakiet nr 5, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane po a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości opakowań do 20? - **TAK**

**Pakiet nr 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z wysokiej jakości polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów? - **TAK**

**Pakiet nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą o długości całkowitej 95 mm i długością części przezroczystej 90 mm? - **TAK**

**Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,3 ml? - **TAK**

**Pakiet 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy dwuwarstwowy na rolce o szerokości 60cm? - **TAK**

**Pakiet 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za podkład o długości rolki 80m? - **TAK**

**Pakiet 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o długości rolki 80m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań (rolek)? - **TAK**

**Pakiet nr 13, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate wyprodukowane z masy papierowej o wymiarach: +/- 5 mm (dł x szer x wys): 245x115x50 mm? - **TAK**

**Pakiet 14, pozycja 4**

Ile sztuk Zamawiający oczekuje? - **NIE OCZEKUJEMY, POZYCJA NIE ZOSTAŁA USUNIĘTA**

**Pakiet nr 19, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru papieru oczekuje? - **110x20 mm, KP65B model aparaty LIFEPAK 12,15**

**Pakiet nr 19, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru papieru oczekuje? - **106,5x25 mm**

**Pakiet nr 19, pozycja 2**

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do videoprintera? - **PAPIER MA BYĆ PASUJĄCY DO URZĄDZENIA: MITSUBISHI ELECTRIC K61-B-CE/KP61-B-CE, STANDARDOWA CZUŁOŚĆ PAPIERU**

**Pakiet nr 3 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 44 x 30 mm. - **WYRAŻAMY ZGODĘ**

**Pakiet nr 3 poz. 1, 2,**

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny w ww. pozycjach elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. - **WYRAŻAMY ZGODĘ**

**Pakiet nr 3 poz. 3**

Prosimy o doprecyzowanie jakiego papieru potrzebuje Zamawiający: 112x25mm czy 60x25mm. Każdy z tych papierów jest przeznaczony do innego aparatu i jest w innej cenie. - **112x25 mm**

**Pakiet nr 19 poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie o jaki rozmiar papieru chodzi: 107x23mm czy 106x25mm. Do jakiego typu aparatu? - **ROZMIAR PAPIERU 110x20 mm KP65B.**

**Pakiet nr 19 poz. 2**

Prosimy o podanie czułości papieru do videoprintera – tzn. czy należy zaoferować papier o standardowej czułości np. typu S czy o podwyższonej czułości np. typu HD? - **STANDARDOWA CZUŁOŚĆ**

**Pakiet 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 elektrody do badań EKG na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 200 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 elektrody do badań EKG dla dzieci na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 6 opakowań? - **TAK**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 masek z fizeliny na gumki? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 maska z fizeliny na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 20 opakowań? - **TAK**

**Pakiet 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 8 igła iniekcyjna bezpieczna na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 4 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 9 igła iniekcyjna bezpieczna na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 8 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 10 igła iniekcyjna bezpieczna na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 6 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 16 koreczki do kaniuli na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10 opakowań? - **TAK**

**Pakiet 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 i 7 strzykawkę z czterostronnym podcięciem tłoczyska, zamiast prostopadłego wycięcia na tłoku, spełniającej pozostały opis przedmiotu zamówienia? - **NIE**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 strzykawka dwuczęściowa 2 ml na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 80 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 strzykawka dwuczęściowa 5 ml na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 150 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 3 strzykawka dwuczęściowa 10 ml na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 200 opakowań? - **TAK**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 4 strzykawka dwuczęściowa 20 ml na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 200 opakowań? - **TAK**

#### **Pakiet 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 rurek Guedla wykonanych z polietylenu PE? - **TAK**

#### **Pakiet 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 podkładu w rozmiarze 210 x 160 cm? - **TAK**

#### **Pakiet 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 kieliszków w opakowaniach po 80 szt.?  
Czy zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 kieliszki do podawania leków na zamianę ilości ze szt. na opakowania i podanie ceny za opakowanie 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 250 opakowań? - **TAK**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE ZOSTAŁY W ZAPROSZENIU DO  
ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ.**